

采购需求

说明:

1. 本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第二条规定。

2. 投标人被认定为小型和微型企业且其所投标产品为小型和微型企业产品的, 该产品的投标报价给予6%的扣除; 投标人为大中型企业与小型、微型企业组成联合体投标, 其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上(含30%)的, 联合体投标价给予2%的扣除, 扣除后的价格为评标报价。

3. 监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业, 享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的, 视同为中型企业。小型、微型企业提供大型企业制造的货物的, 视同为大型企业。

4. 台式计算机, 便携式计算机, 平板式微型计算机, 激光打印机, 针式打印机, 液晶显示器, 制冷压缩机, 空调机组, 专用制冷、空调设备, 镇流器, 空调机, 电热水器, 普通照明用双端荧光灯, 电视设备, 视频设备, 便器, 水嘴等品目为政府强制采购的节能产品。若采购货物含有此类产品时, 投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品, 投标人在投标文件中必须提供所投产品属于现行政府强制采购节能产品的证明材料(加盖投标人公章), 否则相应投标无效。本项目采购内容不涉及政府强制采购节能产品。

一、采购需求			
采购内容	项目要求及技术需求	数量	单位
无创脑水肿动态监护仪	1. 测量部分: (1) 输出波形种类: (DDS) 正弦波输出。 (2) 正弦波频率: 10kHz-100kHz。 (3) 波形频率误差: 不超过±5%。 (4) 输出波形幅值≤5V。 (5) 输出电流幅值≤2mA。 (6) 阻抗测量范围: 50Ω~2000Ω。 (7) 阻抗测量精度: 误差在±5%以内。 (8) 采样速率: 1 MSPS。 (9) AD 转换位数: 12 位。 (10) 滤波方式: 数字化软件滤波。 (11) 电极数量: 一次性使用脑检测电极 4 个。 (12) 测量方式: 差分测量。 2. 安全部分: (1) 保护接地阻抗: 符合 GB9706.1-2007 安全标准。 (2) 连续漏电流和患者辅助电流: 符合 GB9706.1-2007 安全标准。 (3) 电介质强度: 符合 GB9706.1-2007 安全标准。 3. 仪器安全类型: I 类 BF 型。 4. 电源要求: (1) 供电类型: A.C 220V。 (2) 供电频率: 50Hz。 (3) 仪器额定输入功率: 200VA。 5. 通用部分:	1	套

	<p>(1) 监视器类型：液晶显示触屏。</p> <p>(2) 本地数据存储方式≥30G SSD 电子盘。</p> <p>(3) 数据转储方式：USB 优盘。</p> <p>6. 数据管理部分： ★(1) 专家数据库：内嵌大数据算法；海量存储，可存储 10 万病人档案。</p> <p>(2) 数据显示方式：扰动系数的历史曲线、实时采样的图像。</p> <p>7. 图形显示：处理形式：放大、缩小、移动。</p> <p>8. 操作系统：嵌入式实时操作系统：WINDOWS XP。</p> <p>9. 硬件平台：X86-PC/104-Plus 工业控制平台， 8G 内存 / COM-Express 双核。</p> <p>★10. 软件功能：投标产品生产厂商定制开发嵌入软件</p> <p>(1) 能完成对阻抗值的测量，并对测量得到的阻抗值进行数据分析和处理，得到扰动系数值。</p> <p>(2) 能对扰动系数值按照柱状图/曲线图等方式进行显示。</p> <p>(3) 能对扰动系数值分类、储存、检索。</p> <p>11. 工作环境：温度：+5℃~+40℃。</p> <p>12. 外形部分： (1) 尺寸：约 745mm×630mm×1370mm（显示器开启）。</p> <p>(2) 重量：净重约 60kg。</p>		
--	---	--	--

二、本项目采购预算：伍万捌万元整（¥580000.00）

三、商务要求表

<p>售后技术服务要求</p>	<p>1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。</p> <p>2.免费保修期最短不得少于1年。</p> <p>3.提供终身维护服务。</p> <p>4.技术支持服务：免费保修期内定期对设备进行检修，提供永久性电话技术指导。</p>
<p>交货期及交货地点</p>	<p>1.交货期：自签订合同之日起30个工作日内必须到货，并全部安装调试合格完毕。</p> <p>2.交货地点：广西桂林市采购人指定地点。</p>
<p>付款条件</p>	<p>交付使用验收合格后，中标供应商开具全额发票给采购人，采购人收到发票后在30个工作日内支付合同价款的50%，设备正常运转6个月后采购人在30个工作日内一次性付清全部合同价款（无息）。</p>
<p>其他要求</p>	<p>1. 投标人于投标文件中对所投本项目产品的技术参数要求作出真实、有效的响应和承诺。所提供的产品必须为原装正品的、全新的、完好无破损、且为未开箱状态、符合有关质量标准的产品；设备到货安装前，采购人现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，采购人有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由中标供应商负责承担全部赔偿责任。</p> <p>2. 投标人于招标文件中必须提供所投货物相应、完整且有效的医疗器械产品注册证（必须包括产品相关的许可事项和登记事项；否则，应附注册登记表或许可可表资料）复印件并加盖供应商公章，否则，投标按无效处理。</p> <p>3. 本项目投标报价包括本次招标范围内货物货款、货物标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。</p> <p>4. 本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的，作投标无效处理。</p>

- | | |
|--|--|
| | <p>5. 以上“项目要求及技术需求”中的“★”系指实质性要求，若有任意一项负偏离，作投标无效处理。</p> <p>6. 以上“项目要求及技术需求”中未标注“★”的要求发生实质性负偏离达6项以上（含6项）的，作投标无效处理。</p> |
|--|--|