

# 采购需求

## 说明：

1. 本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第二条规定。

2. 投标人被认定为小型和微型企业且其所投标产品均为小型和微型企业产品的，该投标人的投标报价给予 6%的扣除，扣除后的价格为评标报价。

3. 监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

4. 根据财库（2019）9号及财库（2019）19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量>14000W），单元式空气调节机（制冷量>14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。本项目采购内容不涉及政府强制采购节能产品。

5. 政府采购扶持不发达地区和少数民族地区。

一、采购需求				
项号	采购内容	项目要求及技术需求	数量	单位
1	高清电子胃镜	<p>▲1. 高感图像传感器（CMOS）：</p> <p>（1）CMOS 技术，百万像素：具备高感光度，可提供超高分辨率图像；</p> <p>（2）60p 逐行扫描：要求采用逐行扫描的方法，可提供清晰流畅的动态视频，保障高清静止图像；</p> <p>（3）FICE 图像：通过分辨率和降噪功能，FICE 图像锐利清晰。</p> <p>▲2. 近焦观察功能（2-100mm 可实现以下功能）：</p> <p>（1）提高近距离对焦的观察能力可达 2 毫米，相当于 60 倍的放大观察，可自动对焦；</p> <p>（2）可从近距离到远距离观察；</p> <p>（3）可增强血管和表面形态对比度，增强组织和血管的结构；</p> <p>（4）减少外围失真，最大限度地减少在观察体内腔道的变形。</p> <p>▲3. 辅助送水功能：具有前射水功能，有利于诊疗过程视野保障。</p> <p>4. 双向弯曲模式：灵活双向弯曲模式(U+L or U+R)，方便检查胃的内壁，并可直接获得清晰图像。</p> <p>5. 圆型图像：具有即时切换画面大小的功能，可适应不同需要及观察习惯。</p> <p>6. 插入性能：镜身细能使患者更舒适，并增加插入狭窄部的可能性。</p> <p>7. 按键功能：操作部顶端，除送水、送气、吸引按钮外，具备 4 个遥控按钮，可自由设定≥10 种功能。</p>	2	套

		<p>8. 观察方向：0° 直视。</p> <p>9. 视野角度：140° 。</p> <p>10. 观察距离：2-100mm。</p> <p>11. 头端直径：9.2mm。</p> <p>12. 弯曲部直径：9.3mm。</p> <p>13. 钳道内径：2.8mm。</p> <p>14. 弯曲角度：上 210° 、下 90° 、左 100° 、右 100° 。</p> <p>15. 有效长度：1100mm。</p> <p>16. 全长：1400mm。</p> <p><b>▲17. 每套配置要求：</b></p> <p>(1) 清洗刷 1 把；</p> <p>(2) 阀门清洗刷 1 把；</p> <p>(3) 清洗连接器 1 套；</p> <p>(4) 钳道帽 10 个；</p> <p>(5) 通气连接器 1 个；</p> <p>(6) 吸引按钮 1 个；</p> <p>(7) 水气按钮 1 个；</p> <p>(8) J 型管 1 条；</p> <p>(9) 防水帽 1 个；</p> <p>(10) 送水口盖 1 个；</p> <p>(11) 内镜箱 1 个；</p> <p>(12) 说明书 1 本 。</p>		
2	高清电子肠镜	<p><b>▲1. 高感图像传感器（CMOS）：</b></p> <p>(1) CMOS 技术，百万像素：具备高感光度，可提供超高分辨率图像；</p> <p>(2) 60p 逐行扫描：要求采用逐行扫描的方法，可提供清晰流畅的动态视频，保障高清静止图像；</p> <p>(3) FICE 图像：通过分辨率和降噪功能，FICE 图像锐利清晰。</p> <p><b>▲2. 近焦观察功能（2-100mm 可实现以下功能）：</b></p> <p>(1) 提高近距离对焦的观察能力可达 2 毫米，相当于 60 倍的放大观察，可自动对焦；</p> <p>(2) 可从近距离到远距离观察；</p> <p>(3) 可增强血管和表面形态对比度，增强组织和血管的结构；</p> <p>(4) 减少外围失真，最大限度地减少在观察体内腔道的变形。</p> <p>3. 辅助送水功能：具有前射水功能，有利于诊疗过程视野保障。</p> <p>4. 按键功能：操作部顶端，除送水、送气、吸引按钮外，具备 4 个遥控按钮，可自由设定 ≥10 种功能。</p> <p>5. 观察方向：0° 直视。</p> <p>6. 视野角度：140° 。</p> <p>7. 观察距离：2-100mm。</p> <p>8. 头端直径：12mm。</p> <p>9. 弯曲部直径：12mm。</p> <p>10. 钳道内径：3.8mm。</p>	2	套

		<p>11. 弯曲角度：上 180°、下 180°、左 160°、右 160°。</p> <p>12. 有效长度：1330mm。</p> <p>13. 全长：1630mm。</p> <p><b>▲14. 每套配置要求：</b></p> <p>(1) 清洗刷 1 把；</p> <p>(2) 阀门清洗刷 1 把；</p> <p>(3) 清洗连接器 1 套；</p> <p>(4) 钳道帽 10 个；</p> <p>(5) 通气连接器 1 个；</p> <p>(6) 吸引按钮 1 个；</p> <p>(7) 水气按钮 1 个；</p> <p>(8) J 型管 1 条；</p> <p>(9) 防水帽 1 个；</p> <p>(10) 送水口盖 1 个；</p> <p>(11) 内镜箱 1 个；</p> <p>(12) 说明书 1 本。</p>		
<p>二、本项目采购预算（人民币）：贰佰陆拾万元整（¥2600000.00），投标报价不得超出采购预算，否则，作投标无效处理。</p>				
<p>三、售后服务要求</p>				
<p>售后服务要求</p>	<p><b>▲一、免费保修要求：</b>按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期最短不得少于 1 年。</p> <p><b>▲二、售后服务基本要求（投标人提供的以下售后服务产生的费用均应综合包含在投标报价中，采购人不再就此另行付费）：</b></p> <p>1. 故障解决要求： 投标文件中提供售后服务联系电话及联系人，免费保修期内，接到报障电话在承诺时间内派工程技术人员上门维修解决问题。如果需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得采购人管理人员同意。</p> <p>2. 技术服务及培训要求： 按采购人要求送货上门，安装、调试，提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。</p> <p>3. 配套安装要求：本次采购的第 1 项号产品“高清电子胃镜”是作为与采购人现有设备“电子胃镜主机（富士能 XL4450）”配套安装并实现胃镜与主机兼容匹配使用的设备；第 2 项号产品“高清电子肠镜”是作为与采购人现有设备“电子肠镜主机（富士能 VP 4450HD）”配套安装并实现肠镜与主机兼容匹配使用的设备，投标人所投产品必须能实现上述要求，否则，不予验收。</p> <p><b>▲三、投标人根据上述售后服务要求于投标文件中必须提供相应的售后服务承诺书。</b></p> <p>四、投标人根据售后服务要求和自身情况，可于投标文件中提供相应的增值售后服务方案，增值售后服务方案包含但不限于：①本地售后服务保障、②免费保修期外维修维护方案、③其他增值售后服务或其它实质性优惠措施。</p>			
<p>四、商务要求</p>				
<p><b>▲交付使用期及交付使用地</b></p>	<p>1. 交付使用期：自签订合同之日起 60 个日历日内必须到货并全部安装调试合格完毕。</p> <p>2. 交付使用地点：桂林市采购人指定地点。</p>			

点	
▲付款条件	本项目验收合格且正常使用满三个月后，中标人向采购人开具全额发票，采购人在收到全额发票的三个月内支付合同款的 95%，合同款的 5%于设备正常使用满 1 年后的三个月内转账支付（无息）。
▲ 验收要求	<p>1. 中标人在产品到货后，采购人现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，采购人有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由中标人负责承担全部赔偿责任。</p> <p>3. 质量标准：符合设备制造厂家合格产品的出厂质量标准。</p> <p>4. 验收条件及标准：设备需全新、完好、无破损，按照技术要求的各项指标进行验收。</p> <p>5. 验收方法及方案：设备开机试运行，测试设备的技术性能指标，确认各项功能正常运行，同时检查随机文件应齐整。</p>
五、核心产品	本项目核心产品为第 1 项号产品“高清电子胃镜”。
六、其他要求	<p>▲1. 投标人于投标文件中必须提供所投本项目产品“高清电子胃镜、高清电子肠镜”相应、完整且有效的《医疗器械产品注册证》复印件（必须包括产品相应的许可事项和登记事项，否则，应附注册登记表或认可表资料，要求清晰反映相关内容），否则，投标文件按无效处理。</p> <p>2. 中标供应商于供货时必须向采购人提供所投本项目产品生产厂家针对产品出具的售后服务承诺书原件及授权书原件，否则，不予验收。</p> <p>3. 本项目投标报价包括本次招标范围内货物货款（若投标人所投本项目货物选用进口产品投标的，其货款必须包含进出口代理公司佣金、海关办证费、报关费、报检费、银行手续费、运杂费及其它全部费用的总和，由中标供应商自行与进出口代理公司结算，采购人不再支付除中标价以外的任何费用）、货物标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。</p> <p>4. 本项目货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品），报价为人民币报价且为免税价（免进口设备的关税及增值税，若供应商选用进口产品竞标的用人民币之外的其他货币报价或不为免税价的，作无效投标处理）。同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用，采购人不再支付除中标价以外的任何费用，采购人协助办理免税审批手续。在进口产品投标报价相同的情况下，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。</p> <p>▲5. 以上“项目要求及技术需求”中的“▲”系指实质性要求，若有任意一项负偏离，作投标无效处理。</p> <p>▲6. 以上“项目要求及技术需求”中未标注“▲”的要求发生实质性负偏离达 6 项以上（含 6 项）的，作投标无效处理。</p>